

## LSB Geschäftsführung

---

**Von:** LSB Geschäftsführung  
**Gesendet:** Freitag, 11. März 2022 15:08  
**An:** Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); Gregor Sattelberger; 'Herr Jörg Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel.Haendle@palliavita.de  
**Cc:** LSB Geschäftsführung  
**Betreff:** LSB-Info 12-22: Schmerzpumpen - Lieferengpässe im Zubehör  
**Anlagen:** ELA - Produktfolder Elastopumpen.pdf; ELA - Baxter\_Füllanleitung\_Multirate\_Infusor\_11\_2016.pdf; ELA - IFU\_Multirate (1).pdf; Gebrauchsanleitung INfusor RA.pdf; Micrelpumpe.jpg; Cronopumpe.pdf

Liebe SAPV-Teams,

uns erreichte die Nachricht, dass es in der nächsten Zeit zu Lieferschwierigkeiten beim Zubehör der CADD-Legacy/PCA-Pumpe kommt. Hier besonders in der Lieferung von „Leerkassetten“ und der Deltec-Verbindungsleitungen.

Als Grund wird der Verkauf von Firmenanteile des Unternehmens Smith & Medical genannt. Die Produktion wurde vor dem Verkauf eingestellt, die Lager sind leer.

Die Übergangsphase wird mit ca. 6-8 Wochen prognostiziert, bis die Materialien wieder am Markt umfänglich verfügbar sind.

Ggf. wäre es eine Option im Einzelfall vorübergehend auf sog. Elastomerpumpen (verordnungsfähig) umzustellen. Damit könnte eine „Basisrate“ gesichert sein. Über einen 3-Wege-Hahn wäre die Möglichkeit gegeben Bedarfsmedikamente im Einzelfall zu applizieren ...oder andere Applikationsformen zu wählen. Alternative Pumpen, die genutzt werden könnten, welche Sie auch schon kennen und im Einsatz haben: Micrelpumpen, Cronopumpen,....

Unterlagen, die uns hier zur Verfügung gestellt wurden, füge ich im Anhang bei.

Welche Überbrückungsideen gibt es bei Ihnen Vorort, die auch an andere Teams in Bayern weitergeleitet werden können?

Für Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar.

Laut div. Pumpenversorger und auch der Einhorn-Apotheke (Straubing) war zu erfahren dass Alternativen in Arbeit seien und akt. unverändert Pumpen bestellt werden könnten.

Viele Grüße

Annette Becker-Annen  
Geschäftsführerin



**Landesverband SAPV Bayern e.V.**  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag  
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: [annette.becker@sapv-bayern.de](mailto:annette.becker@sapv-bayern.de)